


专家签到表

序号	姓名	工作单位	职称	签到	联系电话
1	马军红	甘肃省人民医院	副主任医师	马军红	13919877114
2	马军红	甘肃省中医院	副主任医师	马军红	15092536813
3	杜文娟	甘肃省律协事务所	律师	杜文娟	15002503029
4					
5	杜				

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 甘肃省人民医院	
项目信息	项目名称: 新华牌环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂	
	供应商名称: 甘肃陇鑫康医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	环氧乙烷生物阅读器设备所需 环氧乙烷灭菌效果监测生物指示剂 材料属于专和专用, 其它品牌无法 匹配, 故必须采用单一来源方式进 行采购, 以满足设备使用需求。	
专业人员签字		日期 2022年8月28日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马平红	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 甘肃省中医院	
项目信息	项目名称: 新华牌环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂	
	供应商名称: 甘肃陇鑫康医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	新华2号生物指示剂与新华2号快速生物指示剂必须匹配使用,因该指示剂与生物指示剂外观尺寸不匹配无法插入,同时告知最终培养结果,故应采取单一来源方式采购。	
专业人员签字	马平红	日期 2022年8月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 莊子韜	
	职称: 律師	
	工作单位: 甘肃经邦律师事务所	
项目信息	项目名称: 新华牌环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂	
	供应商名称: 甘肃陇鑫康医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	申请采购的项目不属于限制的单一来源采购的项目, 通过单一来源采购项目不违反相关法律法规, 行政法规等禁止性规定。 	
专业人员签字	莊子韜	日期 2022年8月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

专家签到表

序号	姓名	工作单位	职称	签到	联系电话
1	马军云	甘肃省人民医院	副主任医师	马军云	13919877147
2	马军云	甘肃省中医院	副主任医师	马军云	15092536813
3	王文翰	甘肃省律师协会	律师	王文翰	15002503027
4					
5	杜				

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张明华	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 甘肃省人民医院	
项目信息	项目名称: 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器 100 过氧化氢卡匣	
	供应商名称: 甘肃陇鑫康医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	过氧化氢低温等离子体灭菌器设备所需过氧化氢卡匣耗材属于专用专用耗材, 其它品牌无法匹配, 故必须采用单一来源方式进行采购, 以满足设备使用要求。	
专业人员签字	张明华	日期 2022 年 8 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马新云	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 甘肃省中医院	
项目信息	项目名称: 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器 100 过氧化氢卡匣	
	供应商名称: 甘肃陇鑫康医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	过氧化氢低温等离子体灭菌设备所需卡匣为专用耗材, 其它品牌的卡匣与设备卡槽不匹配, 胶塞内过氧化氢量与腔体容积不匹配, 故必须采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	马新云	日期 2022年 8月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杜文彬	
	职称: 律师	
	工作单位: 甘肃经邦律师事务所	
项目信息	项目名称: 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器 100 过氧化氢卡匣	
	供应商名称: 甘肃陇鑫康医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	申请采购的项目不属于限制的单一来源采购的项目, 通过单一来源采购项目不违反相关法律、行政法规等禁止性规定。 	
专业人员签字	杜文彬	日期 2022年 8月 22日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。